



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3599AMP

FABRICAÇÃO: 05/26

VALIDADE: 05/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de maio de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601