



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINCOMICINA DISCO COM 02 ug (LIN 02)

LOTE: 3603LIN FABRICAÇÃO: 05/26 VALIDADE: 05/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Lincomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de maio de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601