



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AZITROMICINA DISCO COM 15 ug (AZI 15)

LOTE: 3608AZI FABRICAÇÃO: 06/26 VALIDADE: 06/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(21 - 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(14 - 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de junho de 2026.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601