



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)

LOTE: 3609BAC FABRICAÇÃO: 06/26 VALIDADE: 06/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de junho de 2026.

Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444