



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM (SULFAZOTRIM) DISCO COM 25 ug SUT 25 (23,75/1,25)

LOTE: 3610SUT

FABRICAÇÃO: 06/26

VALIDADE: 06/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 – 32 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	30,0 mm	(26 – 32 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	30,0 mm	(26 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27, 5 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Sulfametoxazol/Trimetoprim (Sulfazotrim) entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de junho de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601