RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3611CAZE FABRICAÇÃO: 06/26 VALIDADE: 06/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,5 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2026.

Araçatuba, 18 de junho de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444