



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 3615DOX

FABRICAÇÃO: 07/26

VALIDADE: 07/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de DOXICICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de julho de 2026.

Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444