



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3619CFE FABRICAÇÃO: 07/26 VALIDADE: 07/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2026.

Araçatuba, 29 de julho de 2026.

Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444