RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3620CFO FABRICAÇÃO: 07/26 VALIDADE: 07/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de julho de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444