# RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NORFLOXACINA - DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 3621NOR FABRICAÇÃO: 07/26 VALIDADE: 07/28

**TESTE QUALITATIVO**

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|---|---|---|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 28,0 mm | ( 17 – 28 mm ) |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 24,0 mm | ( 18 – 24 mm ) |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 21,0 mm | ( 16 – 22 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 35,0 mm | ( 28 – 35 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 29,0 mm | ( 22 – 29 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo | 2,5 mm | $\leq$ 2,5 mm |

**- Informações adicionais:**
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444