RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA - DISCO COM 30 ug - VAN 30

LOTE: 3622VAN FABRICAÇÃO: 07/26 VALIDADE: 07/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(17 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI 2026.

Araçatuba, 05 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444