RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFAZOLINA DISCO COM 30 mcg (CFZ 30)

LOTE: 3623CFZ FABRICAÇÃO: 08/26 VALIDADE: 08/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 5252997 com validade em 31/01/2028
Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de agosto de 2026.



Controle de qualidade - DME
Beatriz A. Santos– CRBM 58444