RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA - DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 3625CRX FABRICAÇÃO: 08/26 VALIDADE: 08/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de agosto de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444