# RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug ( GEN 30 )

LOTE: 3630GENE FABRICAÇÃO: 08/26 VALIDADE: 08/28

**TESTE QUALITATIVO**

| | | Valor obtido | Valor Esperado |
|---|---|---|---|
| Enterococcus faecalis | ATCC 29212 | 16,0 mm | ( 12 – 18 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo | | 2,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2026.

Araçatuba, 08 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444