RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFADROXIL DISCO COM 30 ug (CFA 30)

LOTE: 3633CFA FABRICAÇÃO: 09/26 VALIDADE: 09/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	18,0 mm	(14 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**
  Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
  Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
  Valores de referência baseados no BrCAST 2026.

Araçatuba, 19 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444