RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMICACINA DISCO COM 30 ug (AMI 30)

LOTE: 3635AMI FABRICAÇÃO: 09/26 VALIDADE: 09/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado -** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444