RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3636NITE FABRICAÇÃO: 09/26 VALIDADE: 09/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,0 mm	(17 – 23 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2026.

Araçatuba, 22 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444