

FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10319

DATA 22/03/2019

PRODUTO DME: CLED AGAR
LOTE: ACLED-A10319
FABRICAÇÃO: 03/19
VALIDADE: 03/21

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,37

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO



Karina De Campos Salles – CRBM 12001
Controle de qualidade - DME