



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10626

DATA 22/06/2026

PRODUTO DME: CLED AGAR - 20ML**LOTE: ACLED-A10626****FABRICAÇÃO: 06/26****VALIDADE: 06/28****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,34****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE*Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade - DME****Beatriz A. Santos – CRBM 58444**