



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10719

DATA 23/07/2019

**PRODUTO DME: CLED AGAR**  
**LOTE: ACLED-B10719**  
**FABRICAÇÃO: 07/19**  
**VALIDADE: 07/21**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,39**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS**  
**DE QUARENTENA E 48H DE**  
**INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**CONTROLE DE QUALIDADE - DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**