



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B11123

DATA 07/12/2023

PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML
LOTE: ACLED-B11123
FABRICAÇÃO: 11/23
VALIDADE: 11/25

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,36

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 11 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610