



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A10424

DATA 06/05/2024

**PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 20mL****LOTE: AMH-A10424****DATA DE FABRICAÇÃO: 04/24****VALIDADE: 04/26****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,34****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS EM  
QUARENTENA E 48H DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****Staphylococcus aureus ATCC 25923****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610**