



FICHA DE ANÁLISE: AMH-B10623

DATA 08/07/2023

**PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 50mL****LOTE: AMH-B10623****DATA DE FABRICAÇÃO: 06/23****VALIDADE: 06/25****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,41****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM  
QUARENTENA E 48H DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****CRESCIMENTO EXCELENTE****Staphylococcus aureus ATCC 25923****CRESCIMENTO EXCELENTE****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610**