



FICHA DE ANÁLISE: ASS-A10625

DATA: 25/06/2025

PRODUTO: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS) – 20 ML

LOTE: ASS-A10625

DATA DE FABRICAÇÃO: 06/25

VALIDADE: 06/27

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

PH: 7.0 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS

7,07

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 19 DIAS DE
QUARENTENA E 24-48 HORAS DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

Salmonella typhii ATCC 19430

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME

Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925