



FICHA DE ANÁLISE: ASS-A10822

DATA: 22/08/2022

**PRODUTO: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS) – 20 ML****LOTE: ASS-A10822****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/22****VALIDADE: 08/24****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.0 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,03****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE  
QUARENTENA E 24-48 HORAS DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Salmonella typhii ATCC 19430****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**