



FICHA DE ANÁLISE: ASS-A11125

DATA: 22/11/2025

PRODUTO: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS) – 20 ML**LOTE: ASS-A11125****DATA DE FABRICAÇÃO: 11/25****VALIDADE: 11/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.0 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,07****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS DE
QUARENTENA E 24-48 HORAS DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Salmonella typhii ATCC 19430****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

Daniela S.

Controle de qualidade – DME**Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**