



FICHA DE ANÁLISE: ASS-B10920

DATA: 21/09/2020

PRODUTO: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS) – 50 ML**LOTE: ASS-B10920****DATA DE FABRICAÇÃO: 09/20****VALIDADE: 09/22****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.0 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,04****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 16 DIAS DE
QUARENTENA E 24-48 HORAS DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Salmonella typhii ATCC 19430****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**