



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10120

DATA 17/02/2020

**PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR**  
**LOTE: AMA-B10120**  
**FABRICAÇÃO: 01/20**  
**VALIDADE: 01/22**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,17**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO**  
**A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

*Escherichia coli*

ATCC 25922

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de Qualidade - DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**