

**FICHA DE ANÁLISE: 1012 10921****DATA: 13/09/2021****PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE AMIES****LOTE: 1012 10921****DATA DE FABRICAÇÃO: 09/21****VALIDADE: 09/22****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,23****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE QUARENTENA A TEMPERATURA 35°C+/-2°C E MAIS 48H QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-72 HORAS:*****Staphylococcus aureus*****ATCC 25923****CRESCIMENTO EXCELENTE*****Escherichia coli*****ATCC 25922****CRESCIMENTO EXCELENTE*****Pseudomonas aeruginosa*****ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**