

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 2 ug (AMP 02)

LOTE: 3044AMPE FABRICAÇÃO: 11/21 VALIDADE: 11/23

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,5 mm	(15 – 21 mm)	18,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	20,0 mm	(15 – 21 mm)	18,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	30,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.

- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 09 de dezembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001