FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA **DATA: 16/05/2022**

PRODUTO: AZUL CARBA
LOTE: AC10522
DATA DE FABRICAÇÃO: 05/22
VALIDADE: 11/22

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**Resultado/Obtido**	**Resultado/Esperado**
PH AZUL DE BROMOTIMOL:	7,02	7,0 +/-0,02 A 25º C

ESTERILIDADE:

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H
TEMPERATURA 35ºC +/- 2ºC. **Resultado:** AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO

REAÇÃO QUALITATIVA:

		Resultado/Obtido	**Resultado/Esperado**
Klebsiella pneumoniae	ATCC BAA 1705	POSITIVO	POSITIVO
Stenotrophomonas maltophilia	ATCC BAA 2423	POSITIVO	POSITIVO
Citrobacter freundii	ATCC 8090	POSITIVO	POSITIVO
Escherichia coli	ATCC 25922	NEGATIVO	NEGATIVO

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001