



FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA

DATA: 15/05/2025

PRODUTO: AZUL CARBA
LOTE: AC10525
DATA DE FABRICAÇÃO: 05/25
VALIDADE: 11/25

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

PH AZUL DE BROMOTIMOL:

7,01

7,0 +/-0,02 A 25°C

ESTERILIDADE:

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H
TEMPERATURA 35°C +/- 2°C.

Resultado: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO**REAÇÃO QUALITATIVA:**

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

Klebsiella pneumoniae

ATCC BAA 1705

POSITIVO

POSITIVO

Stenotrophomonas maltophilia

ATCC 13637

POSITIVO

POSITIVO

Citrobacter freundii

ATCC 8090

POSITIVO

POSITIVO

Escherichia coli

ATCC 25922

NEGATIVO

NEGATIVO

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Daniela S.

Controle de qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601