



FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA

DATA: 27/07/2026

PRODUTO: AZUL CARBA
LOTE: AC10726
DATA DE FABRICAÇÃO: 07/26
VALIDADE: 01/27

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**Resultado/Obtido****Resultado/Esperado**

PH AZUL DE BROMOTIMOL:

7,02

7,0 +/-0,02 A 25°C

ESTERILIDADE:

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H
TEMPERATURA 35°C +/- 2°C.

Resultado: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO**REAÇÃO QUALITATIVA:****Resultado/Obtido****Resultado/Esperado***Klebsiella pneumoniae*

ATCC BAA 1705

POSITIVO

POSITIVO

Stenotrophomonas maltophilia

ATCC 13637

POSITIVO

POSITIVO

Escherichia coli

ATCC 25922

NEGATIVO

NEGATIVO

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Beatriz A. Santos CRBM 58444