FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA **DATA: 12/12/2025**

PRODUTO: AZUL CARBA
LOTE: AC11225
DATA DE FABRICAÇÃO: 12/25
VALIDADE: 06/26

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**Resultado/Obtido**	**Resultado/Esperado**
PH AZUL DE BROMOTIMOL:	6,98	7,0 +/-0,02 A 25ºC

ESTERILIDADE:

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H
TEMPERATURA 35ºC +/- 2ºC. **Resultado:** AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO

REAÇÃO QUALITATIVA:

		Resultado/Obtido	**Resultado/Esperado**
Klebsiella pneumoniae	ATCC BAA 1705	POSITIVO	POSITIVO
Stenotrophomonas maltophilia	ATCC 13637	POSITIVO	POSITIVO
Escherichia coli	ATCC 25922	NEGATIVO	NEGATIVO

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

Controle de qualidade – DME
Daniela de Souza Silva– CRBM 31601