



FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA

DATA: 24/06/2024

**PRODUTO:** AZUL CARBA  
**LOTE:** AC20624  
**DATA DE FABRICAÇÃO:** 06/24  
**VALIDADE:** 12/24

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

PH AZUL DE BROMOTIMOL:

7,03

7,0 +/-0,02 A 25°C

**ESTERILIDADE:**

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,  
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H  
TEMPERATURA 35°C +/- 2°C.

**Resultado:** AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO**REAÇÃO QUALITATIVA:**

		Resultado/Obtido	Resultado/Esperado
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC BAA 1705	POSITIVO	POSITIVO
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC 13637	POSITIVO	POSITIVO
<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC 8090	POSITIVO	POSITIVO
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	NEGATIVO	NEGATIVO

**CONCLUSÃO:** PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001