



FICHA DE ANÁLISE: AZUL CARBA

DATA: 22/11/2021

**PRODUTO:** AZUL CARBA  
**LOTE:** AC11121  
**DATA DE FABRICAÇÃO:** 11/21  
**VALIDADE:** 05/22

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

PH AZUL DE BROMOTIMOL:

7,00

7,0 +/-0,02 A 25° C

**ESTERILIDADE:**

AZUL DE BROMOTIMOL EM MEIO TSB E TIOGLICOLATO,  
PERÍODO DE INCUBAÇÃO 24-48H  
TEMPERATURA 35°C +/- 2°C.

**Resultado:** AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO**REAÇÃO QUALITATIVA:**

Resultado/Obtido

Resultado/Esperado

*Klebsiella pneumoniae*

ATCC BAA 1705

POSITIVO

POSITIVO

*Stenotrophomonas maltophilia*

ATCC BAA 2423

POSITIVO

POSITIVO

*Citrobacter freundii*

ATCC 8090

POSITIVO

POSITIVO

*Escherichia coli*

ATCC 25922

NEGATIVO

NEGATIVO

**CONCLUSÃO:** PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001