RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFADROXIL DISCO COM 30 ug (CFA 30)

LOTE: 2989CFA FABRICAÇÃO: 06/21 VALIDADE: 06/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(14 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 07 de julho de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001