

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 2800CFE FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(21 - 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI, seguem a Cefazolina.

Araçatuba, 30 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001