FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10924 **DATA 14/10/2024**

PRODUTO DME: CLED AGAR - 20ML
LOTE: ACLED-A10924
FABRICAÇÃO: 09/24
VALIDADE: 09/26

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.3 +/-0,2 A 25ºC	**7,39**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE QUARENTENA E 48H DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus	ATCC 25923	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Escherichia coli	ATCC 25922	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601