

FICHA DE ANÁLISE: ACLED-A10620**DATA 30/06/2020**

PRODUTO DME: CLED AGAR – 20ML
LOTE: ACLED-A10620
FABRICAÇÃO: 06/20
VALIDADE: 06/22

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,37

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.**

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001