**FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10225** **DATA 10/03/2025**

**PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML**
**LOTE: ACLED-B10225**
**FABRICAÇÃO: 02/25**
**VALIDADE: 02/27**

| **ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO** | **RESULTADOS** |
|---|---|
| **PH: 7.3 +/-0,2 A 25ºC** | **7,48** |

| | |
|---|---|
| **ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE QUARENTENA E 48H DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.** | **DE ACORDO** |

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24-48 HORAS:**

| | | |
|---|---|---|
| *Staphylococcus aureus* | ATCC 25923 | **CRESCIMENTO EXCELENTE** |
| *Escherichia coli* | ATCC 25922 | **CRESCIMENTO EXCELENTE** |
| *Pseudomonas aeruginosa* | ATCC 27853 | **CRESCIMENTO EXCELENTE** |

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

Daniela S.

**Controle de Qualidade - DME**
**Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**