



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10625

DATA 25/06/2025

**PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML****LOTE: ACLED-B10625****FABRICAÇÃO: 06/25****VALIDADE: 06/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,33****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 19 DIAS  
DE QUARENTENA E 48H DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli*

ATCC 25922

**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade - DME****Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925**