



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10925

DATA 26/09/2025

PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML**LOTE: ACLED-B10925****FABRICAÇÃO: 09/25****VALIDADE: 09/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,33****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE*Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***Daniela S.***Controle de Qualidade - DME****Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**