



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10824

DATA 13/09/2024

PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML
LOTE: ACLED-B10824
FABRICAÇÃO: 08/24
VALIDADE: 08/26

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,38

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601