



FICHA DE ANÁLISE: ACLED-B10722

DATA 09/08/2022

PRODUTO DME: CLED AGAR - 50ML
LOTE: ACLED-B10722
FABRICAÇÃO: 07/22
VALIDADE: 07/24

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,39

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 10 DIAS
DE QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.**

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

| | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 25923 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Escherichia coli</i> | ATCC 25922 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ATCC 27853 | CRESCIMENTO EXCELENTE |

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001