



FICHA DE ANÁLISE: AMH-B10521

DATA 17/06/2021

PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 50mL**LOTE: AMH-B10521****DATA DE FABRICAÇÃO: 05/21****VALIDADE: 05/23****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,39****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 18 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****Staphylococcus aureus ATCC 25923****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Karina de Campos Salles– CRBM 12001**