

FICHA DE ANÁLISE: CTSB-A10721

DATA 31/07/2021

PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH – 5 ML
LOTE: CTSB-A10721
FABRICAÇÃO: 07/21
VALIDADE: 07/23

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,35

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C +/- 2°C. DURANTE 24-48 HORAS:

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 6538 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | NCPF 2275 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Candida albicans</i> | ATCC 10231 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Bacillus subtilis</i> | ATCC 6633 | CRESCIMENTO EXCELENTE |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ATCC 27853 | CRESCIMENTO EXCELENTE |

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001