

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA DISCO COM 10 ug (EST 10)

LOTE: 3499EST FABRICAÇÃO: 07/25 VALIDADE: 07/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	18,0 mm	(14 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(12 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de ESTREPTOMICINA entre - 20°C a + 8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de julho de 2025.



Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925