

POLISENSIDISC 15

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 unidades de Polisensidisc, cada unidade composta de 15 antimicrobianos específicos para cada série.

PRINCÍPIO

Sistema Polisensidisc composto de um módulo circular, contendo em seu anel externo 10 antimicrobianos e anel interno 05 antimicrobianos, totalizando 15 antimicrobianos para cada série.

POLISENSIDISC DME é para ser usado em placas de Petri de 150 mm de diâmetro por 20 mm de altura.

GRAM POSITIVO (GP) BrCAST

Antibacteriano	Código/Potência µg	Halos de inibição em mm			
		R	I	S	AIT
Ampicilina para <i>Staphylococcus saprophyticus</i>		< 18	-	≥ 18	-
Ampicilina para <i>Enterococcus</i> spp (Parenteral)		< 8	8-9	≥ 10	-
Ampicilina para <i>Streptococcus pneumoniae</i> (Exceto endocardites e meningites)	AMP 02	< 19	19-21	≥ 22	-
Ampicilina para <i>Streptococcus</i> spp do grupo <i>Viridans</i> (Exceto endocardite)		< 15	15-20	≥ 21	-
Ampicilina para <i>Streptococcus</i> spp do grupo <i>Viridans</i> (Endocardite) - parenteral		< 21	-	≥ 21	-
Cefoxitina para <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Staphylococcus coagulase</i> negativo (Triagem)		< 22	-	≥ 22	-
Cefoxitina para <i>Staphylococcus epidermidis</i> e <i>Staphylococcus lugdunensis</i> (Triagem)	CFO 30	< 27	-	≥ 27	27
Cefoxitina para <i>Staphylococcus coag. negativo</i> sem identificação de espécie (Triagem)		< 25	-	≥ 25	22-24
Clindamicina ¹ para <i>Staphylococcus</i> spp		< 22	-	≥ 22	-
Clindamicina ¹ para <i>Streptococcus pneumoniae</i> e <i>Streptococcus</i> grupo <i>viridans</i>		< 19	-	≥ 19	-
Clindamicina ¹ para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)	CLI 02	< 17	-	≥ 17	-
Eritromicina ¹ para <i>Staphylococcus</i> spp e <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)		< 21	-	≥ 21	-
Eritromicina ¹ para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	ERI 15	< 22	-	≥ 22	-
Gentamicina para <i>Staphylococcus aureus</i>		< 18	-	≥ 18	-
Gentamicina para <i>Staphylococcus coagulase</i> negativo	GEN 10	< 22	-	≥ 22	-
Levofloxacina para <i>Staphylococcus aureus</i>		< 22	22-49	≥ 50	-
Levofloxacina para <i>Staphylococcus coagulase</i> negativo		< 24	24-49	≥ 50	-
Levofloxacina para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	LEV 05	< 16	16-49	≥ 50	-
Levofloxacina para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)		< 17	17-49	≥ 50	-
Levofloxacina para <i>Enterococcus</i> spp. (Infecções do trato urinário não complicada)		< 15	-	≥ 15	-
Linezolida para <i>Staphylococcus</i> spp		< 21	-	≥ 21	-
Linezolida para <i>Enterococcus</i> spp		< 20	-	≥ 20	-
Linezolida para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	LNZ 10	< 22	-	≥ 22	-
Linezolida para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C, G)		< 19	-	≥ 19	-
Nitrofurantoina para <i>Staphylococcus</i> spp ²		< 13	-	≥ 13	-
Nitrofurantoina para <i>Enterococcus</i> spp ³ e <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G) ⁴	NIT 100	< 15	-	≥ 15	-
Oxacilina para <i>S. pseudintermedius</i> , <i>S. schleiferi</i> , <i>S. coagulans</i> e <i>S. intermedius</i> (Triagem)		< 20	-	≥ 20	-
Oxacilina para <i>Streptococcus pneumoniae</i> (Triagem)	OXA 01	< 20	-	≥ 20	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ⁵		< 26	-	≥ 26	-
Para <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Staphylococcus lugdunensis</i>		< 23	-	≥ 23	-
Para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G) (Grupos A, C e G)		< 18	-	≥ 18	-
Para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G) <i>S. agalactiae</i> (<i>Streptococcus</i> grupo B)	PEN 01	< 12	12-20	≥ 21	-
Para <i>Streptococcus</i> do grupo <i>Viridans</i> (Exceto em endocardite)		< 21	-	≥ 21	-
Para <i>Streptococcus</i> do grupo <i>Viridans</i> para Endocardite e triagem		< 12	-	≥ 12	-
Para <i>Streptococcus</i> do grupo <i>Viridans</i> (Endocardite em associação com outro antimicrobiano)		< 26	-	≥ 26	-
Rifampicina para <i>Staphylococcus aureus</i>		< 30	-	≥ 30	-
Rifampicina para <i>Staphylococcus coagulase</i> negativo		< 22	-	≥ 22	-
Rifampicina para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	RIF 05	< 21	-	≥ 21	-
Rifampicina para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C, G)		< 14	14-16	≥ 17	-
Sulfazotrim para <i>Staphylococcus</i> spp	SUT 25	< 10	10-12	≥ 13	-
Sulfazotrim para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	(23,75/1,25)	< 15	15-17	≥ 18	-
Sulfazotrim para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)		< 16	-	≥ 16	-
Teicoplanina para <i>Enterococcus</i> spp e para <i>Streptococcus Viridans</i>		< 17	-	≥ 17	-
Teicoplanina para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	TEC 30	< 15	-	≥ 15	-
Teicoplanina para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C, G)		< 22	-	≥ 22	-
Tetraciclina <i>Staphylococcus</i> spp		< 25	-	≥ 25	-
Tetraciclina para <i>Streptococcus pneumoniae</i>	TET 30	< 23	-	≥ 23	-
Tetraciclina para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)		< 12	-	≥ 12	-
Vancomicina para <i>Enterococcus</i> spp ⁶		-	-	-	-
Vancomicina para <i>Staphylococcus</i> spp ⁷		< 13	-	≥ 13	-
Vancomicina para <i>Streptococcus</i> grupos (A, B, C e G)	VAN 05	< 16	-	≥ 16	-
Vancomicina para <i>Streptococcus pneumoniae</i>		< 15	-	≥ 15	-
Vancomicina para <i>Streptococcus</i> grupo <i>Viridans</i> e outros <i>Enterococcus</i> ⁶					

NOTA BrCAST – Os pontos de corte são relatados como: (R) – Resistente; (S) – Sensível, dose padrão; (I) – Sensível, aumentando exposição; (AIT) – Área de Inerteza Técnica. A exposição é uma função de como o modo de administração, dose, intervalos entre doses, tempo de infusão assim como a distribuição, metabolismo e excreção do antimicrobiano são realizados. Um ponto de corte arbitrário "fora de escala" (correspondente a um ponto de corte de diâmetro do halo S ≥ 50 mm) que categoriza microrganismos do tipo selvagem como "Sensível, aumentando exposição" (I). Para esses microrganismos-antimicrobiano, nunca relatar "Sensível, dose padrão" (S).

1 O disco de Clindamicina e de Eritromicina estão localizados fora do sítio, para melhor visualização do D-teste.

2 Para testes de infecção do trato urinário não complicada, *S. saprophyticus*.

3 Para testes de infecção do trato urinário não complicada, *Enterococcus faecalis*.

4 Para testes de infecção do trato urinário não complicada, *Streptococcus agalactiae* (*Streptococcus* do grupo B).

5 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina) unidade de medida UI.

6 *Enterococcus*: Exceto para *E. casseliflavus* e *E. gallinarum*.

7 Não há parâmetros para disco difusão, determinar por MIC conforme BrCAST.

CONSERVAÇÃO

Manter ao abrigo da luz, conservar de -15°C a -20°C

Obs.: Os módulos deverão ser abertos no momento do uso.

TRANSPORTE

A estabilidade do Polisensidisc permanece inalterada por até 10 dias, em temperatura de até 30°C.

Lote e Validade: Vide caixa.

Dúvidas: Consultar relatórios BrCAST 2025.

Referências Bibliográficas

* Referências BrCAST 2025.

TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS

Introdução

Para se medir a sensibilidade in vitro das bactérias aos agentes antimicrobianos, podemos utilizar diversas técnicas que estão disponíveis nos dias de hoje. Na grande maioria dos laboratórios clínicos, o teste de difusão em Agar é o método de eleição para se testar a sensibilidade das bactérias patogênicas de rápido crescimento. Esta instrução de uso inclui uma série de recomendações que ajudarão a padronizar a realização dos testes. As recomendações do International Collaborative Study (ICS) e as proposições da Food and Drug Administration (FDA) foram revistas e as incorporamos a esta instrução de uso.

Os métodos que se baseiam somente na verificação da presença ou ausência de uma zona de inibição sem estabelecer um critério quantitativo para a medida do halo não são aceitáveis. Resultados mais confiáveis podem ser obtidos com a medida do halo de inibição sendo correlacionados com a concentração inibitória mínima e o comportamento de cepas conhecidas clinicamente sensíveis e resistentes.

O método do antibiograma recomendado pelo BrCAST-EUCAST baseia-se no método originalmente descrito por Bauer et al. Este é o método mais exato para os quais foram desenvolvidas tabelas de sensibilidade e resistência e possuem o suporte de dezenas de anos de estudos clínico laboratoriais extensivos. O único método alternativo que possui uma precisão comparável com o antibiograma é o método do Agar Overlay descrito por Barry, Garcia e Thrupp. Este método é uma alternativa aceitável para o teste de cepas como o *Staphylococcus aureus*, *Enterobacteriales* e *Pseudomonas aeruginosa*. O método não é aplicável para se testar outros microrganismos como os *Streptococcus* spp e os *Haemophilus* spp. O procedimento descrito abaixo é baseado no teste modificado e recomendado pelo BrCAST.

Materiais e métodos

- Preparar e esterilizar o meio Mueller Hinton Agar de acordo com as instruções do fabricante ou fundir o meio comprado pronto com o mínimo de aquecimento. Esfriar e distribuir o meio em placas de Petri (aproximadamente 25 ml para placas de 90 mm e 71 ml para placas de 150 mm) de maneira a se obter uma superfície plana e uniforme com a profundidade de 4 mm. Evitar a formação de condensado na tampa e na superfície do meio distribuindo o meio a temperatura de 50°C. Deixar a tampa da placa entreaberta até o endurecimento do meio. Para se operar com mais segurança realizar a operação preferencialmente em capela de fluxo laminar. O pH final do meio de cultura deverá ser de 7,3 ± 0,1 a 25°C.
- Transferir de 4 a 5 colônias isoladas para aproximadamente 5 ml de um meio não seletivo, se a cultura em suspensão resultar em uma turbidez menor que a turbidez padrão, incubar a cultura por 2 a 8 horas a 35°C a 37°C até que se obtenha a turbidez padrão de Kirby e Bauer (0,5 da escala de Mac Farland.). O inóculo também poderá ser obtido da suspensão direta das colônias em soro fisiológico estéril.
- Preparar a turbidez padrão de Kirby e Bauer correspondente a 0,5 da escala de Mac Farland adicionando 0,5 ml de uma solução de BaCl₂ 0,048M a 99,5 ml de uma solução de H₂SO₄ 0,36N. Distribuir a suspensão em tubos de mesmas dimensões que aqueles utilizados para preparar o inóculo bacteriano e renovar a cada 6 meses, manter os tubos no escuro a temperatura ambiente.
- Remover os discos de sensibilidade do freezer ou da geladeira 15 minutos antes do início do teste e deixar a temperatura ambiente para minimizar a possibilidade de condensação de água nos discos. Garantir que as placas estejam em temperatura ambiente previamente à inoculação.
- Mergulhar um "swab" de algodão não tóxico, estéril. Remover o excesso de meio apertando e girando o "swab" contra as paredes internas do tubo.
- Inocular a superfície total da placa de Petri, semeando em pelo menos 3 sentidos girando a placa em um ângulo de 60° após cada semeadura. Aplicar os discos de sensibilidade e incubar a 35°C ± 1°C por 18 ± 2 horas ou de acordo com o período de incubação de cada microrganismo. Após este período deve se observar o crescimento confluyente de colônias.
- Atenção durante a aplicação do suporte certificando-se que os discos estejam em contato com o meio e pressionando bem cada um deles.
- Realizar a leitura, salvo a orientação contrária, ler as bordas dos halos de inibição do ponto em que não há crescimento, visto da parte posterior da placa para Mueller Hinton não suplementado, contra um fundo escuro e sob a luz refletida. Para Mueller Hinton suplementado ler a placa com a tampa removida, sob luz refletida.
- Ignorar o véu de *Proteus* e ler o halo de inibição do crescimento.

Teste de sensibilidade para bactérias fastidiosas

Haemophilus influenzae

- Preparar o meio Ágar Mueller Hinton com 5% de sangue desfibrinado de cavalo e 20 mg/L - β NAD (MH-F).
- Inóculo: método de suspensão direta das colônias, equivalente a uma solução padrão 0,5 Mac Farland.
- Semear o inóculo, aplicar os discos, incubar as placas a 35°C ± 1°C, e CO₂ a 5% de 18 ± 2 horas. Examinar o crescimento.

Streptococcus pneumoniae ou *Streptococcus* spp.

- Preparar meio Ágar Mueller Hinton mais 5% de sangue desfibrinado de cavalo e 20 mg/L - β NAD (MH-F).
- Inóculo: método de suspensão direta das colônias, equivalente a uma solução padrão 0,5 Mac Farland.
- Semear o inóculo, aplicar os discos, incubar as placas a 35°C ± 1°C, e CO₂ a 5% de 18 ± 2 horas. Examinar o crescimento.

Normas de segurança / precauções técnicas

Os laboratórios de microbiologia devem atuar sob a égide de normas para a garantia da segurança dos envolvidos direta e indiretamente. É necessário o manual de Boas Práticas (BPL) para cada setor de Microbiologia visando estabelecer tais prudências:

- Procedimentos laboratoriais que envolvem materiais biológicos devem ser realizados somente por profissionais qualificados ou por técnicos supervisionados.
- O fluxo laminar (Capela) é necessário para proteção ante materiais potencialmente infecciosos e garantia da confiabilidade dos resultados.
- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como barreiras de segurança.
- Utilização de pipetadores e seus acessórios, descartando-se a possibilidade de qualquer pipetagem com a boca.
- Numa eventual contaminação, lavar o local com soluções bactericidas utilizadas normalmente: Álcool etílico ou Isopropílico (65% a 85%), compostos quaternários de Amônio ou Fenol de 0,5% a 5%. Retirar as luvas e proceder da mesma maneira.
- As amostras devem ser transportadas em recipientes apropriados e em condições adequadas.
- Restringir o uso de seringas ou agulhas somente ao necessário.
- Equipamentos contaminados: proceder cuidadosa descontaminação de seu reparo e transporte.
- O material de uso na Microbiologia deve ser autoclavado a 121°C por 30 minutos.

Descarte do material

O descarte deve ser realizado conforme as recomendações vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 222, de 28 de março de