

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMEBR10226 FAB. 02/26 VAL. 02/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo /esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	18,0	15-21	19,5	15-21
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	26,5	24-30	-	-
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	25,0	23-29	-	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	27,5	23-29	-	-
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	24,5	19-25	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	26,5	21-27	23,5	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	3553NITE	19,0	17-23	23,5	18-24
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	21,0	19-25	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 01	3558PENE	15,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	31,0	26-32	33,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	29,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	15,5	10-16

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 10 de fevereiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601